



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

**U.O.C. ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI**

**Procedura negoziata per la fornitura “chiavi in mano”,
mediante leasing operativo di n. 4 AMBULANZE.**

ALLEGATO “A”

Caratteristiche di massima

Lotto 1 – N. 2 AMBULANZE IN CONFIGURAZIONE BASE

CIG 3522628495

Caratteristiche di massima

- 1) furgone 3.0 MTJ con carrozzeria a struttura portante completamente metallica
- 2) dimensioni veicolo: lunghezza 5400 mm circa , passo 3400 mm circa
- 3) peso complessivo: a pieno carico (tara e portata) 35 quintali circa
- 4) motorizzazione: Turbodiesel ad iniezione diretta
- 5) conforme alla vigente normativa ecologica, furgone dotato di Filtro Antiparticolato
- 6) cilindrata 2999 cc circa
- 7) potenza motore: 157 CV circa
- 8) trazione anteriore a due ruote motrici
- 9) airbag conducente ed airbag passeggero
- 10) cambio manuale a 6 marce più retromarcia
- 11) sistema frenante con ABS e ESP
- 12) servosterzo
- 13) batteria principale potenziata da 110 Ah circa
- 14) batteria ausiliaria da 90 Ah circa, del tipo "senza manutenzione" completamente sigillata, con sistema separato per le utenze sanitarie, dotata di partitore di carica e stacca batteria automatico per isolare l'impianto ausiliario
- 15) alternatore maggiorato da 150 A circa
- 16) sospensioni posteriori autolivellanti di tipo pneumatico adeguate all'uso quale ambulanza
- 17) le dimensioni interne di massima del compartimento sanitario con esclusione di attrezzature ed arredi sono: lunghezza (ad 1 m. circa dal piano di calpestio): 2850mm circa ; larghezza (ad 1 m circa dal piano di calpestio): 1850mm circa; altezza (in una fascia centrale ampia 0,90 m. circa , lunga 2,00 m circa e di superficie 2,4 mq circa): 1900mm circa
- 18) porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza 1250mm circa e altezza 1755mm circa, dotata di idonee maniglie per apertura/chiusura e di un sistema di sicurezza che consente di aprire dall'interno senza chiave e dall'esterno con chiave
- 19) porta posteriore a due battenti con altezza 1790mm circa e larghezza 1562mm circa, con apertura a 180° per entrambi i battenti, dotata di un sistema di sicurezza che consente di aprire dall'interno senza chiave e dall'esterno con chiave
- 20) fendinebbia anteriori incassati nel paraurti e retronebbia
- 21) chiusura centralizzata con telecomando
- 22) alzacristalli elettrici in cabina

Vetrature

- 23) Nel compartimento sanitario: 2 finestre apribili solo dall'interno con ante scorrevoli intersecanti su ogni fiancata (in conformità al D.M. n. 553/87).
- 24) Tutti i vetri del vano sanitario dovranno essere temperati ed opacizzati per 3/4 dell'altezza
- 25) i finestrini dovranno essere costruiti con materiale conforme ai requisiti della Direttiva 92/22/CEE
- 26) due vetri nelle porte posteriori

Cabina di guida

- 27) Cabina di guida con 2 posti singoli per pilota e passeggero, muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico. Entrambi i sedili dovranno essere conformi a tutte le norme in vigore per l'omologazione degli autoveicoli
- 28) sedile di guida è regolabile in altezza e profondità
- 29) due ganci portabiti applicati a ridosso della parete divisoria, uno per lato
- 30) predisposizione di un vano per l'alloggiamento di due apparati ricetrasmittenti o di un apparato ricetrasmittente e di un apparecchio GPS. Cablaggio consistente in cavi di alimentazione elettrica 12 V. (non sottochiave) con alimentazione diretta da batteria protetta da fusibili e cavi di massa

- 31) Sul cruscotto, in posizione di facile accessibilità per il pilota dovrà essere installato un supporto contenente una centralina elettronica. La centralina dovrà essere dotata di interruttori del tipo retroilluminato a membrana e indicatori "on" (o equivalente) con segnalazione luminosa di avvenuta accensione e di scritte identificative illuminate per ogni interruttore. Oltre ai comandi relativi ai servizi propri dell'Ambulanza dovrà essere possibile l'accensione delle luci vano sanitario e l'accensione contemporanea (tasto emergenza) con un unico pulsante, dei sistemi di allarme acustica e luminosa. Inoltre, la centralina dovrà indicare attraverso spie luminose su display a cristalli liquidi: il mancato rientro della pedana laterale, la presa esterna inserita, l'errata chiusura di una delle porte del vano sanitario, l'andatura richiesta dal personale medico o paramedico "lenta" o "veloce", lo stato di carica delle batterie. Sistema di gestione, in sicurezza delle utenze proprie dell'Ambulanza, da parte del conducente, attraverso comandi azionabili sul volante o comunque senza staccare le mani dallo stesso
- 32) nel sottotetto, un faretto orientabile, con tecnologia led, per lettura dello stradale
- 33) navigatore satellitare completo di mappe Italia.
- 34) Fornitura e alloggiamento di un faretto di ricerca portatile, con batteria interna di tipo ermetico ricaricabile, completo di cavo e basetta per la ricarica e l'alloggiamento a riposo della lampada. Cono giallo di plastica da applicare alla lampada sul fascio di luce per simulare una torcia di segnalazione
- 35) estintore da 3 Kg., a polvere, applicato in cabina di guida lato passeggero
- 36) interfono con il vano sanitario dotato di sistema a viva voce escludibile

Tutti i dispositivi di comunicazione dovranno essere conformi ai regolamenti nazionali.

Allestimento esterno

- 37) Sirena bitonale elettronica installata sul tetto del veicolo, in posizione anteriore, su apposito spoiler che permetta di limitarne l'ingombro in altezza
- 38) quattro fari lampeggianti con tecnologia led ad alta luminosità, di colore blu, installati nei quattro angoli del tetto, in appositi spoiler che riducono al minimo la sporgenza fuori dalla sagoma del veicolo
- 39) spoiler applicato nella parte posteriore del tetto, sopra le porte, per l'installazione dei lampeggiatori descritti al punto precedente e dei faretti di servizio
- 40) due faretti di illuminazione a luce bianca installati nello spoiler posteriore per illuminare la zona del veicolo dove avverrà il caricamento e lo scaricamento della lettiga. L'accensione dei faretti dovrà essere sincronizzata con l'apertura delle porte posteriori e l'alimentazione degli stessi dovrà essere fornita all'atto dell'accensione delle luci di posizione
- 41) due faretti a luce arancione nello spoiler posteriore, a destra e sinistra dei faretti bianchi, per segnalare la sosta del veicolo durante le operazioni di soccorso, con funzionamento sincronizzato all'apertura delle porte posteriori ed escludibili tramite apposito interruttore alloggiato nei pressi delle porte posteriori
- 42) pedana installata sotto la porta laterale scorrevole destra. La pedana non dovrà gravare sulla porta scorrevole e dovrà possedere dimensioni idonee, nonché dotata di un piano di calpestio antiscivolo. Funzionamento sincrono con l'apertura/chiusura della porta scorrevole. Una spia di segnalazione "pedana fuori" dovrà essere apposta nella centralina elettronica comandi in cabina guida. Sistema manuale di rientro in caso di mancanza di energia elettrica. Nella parte anteriore della pedana una fascia di protezione per la sicurezza passiva.
- 43) pedana posteriore, nella zona sottostante le porte, e dotata di rivestimento antiscivolo, in alluminio, da 10 cm circa.
- 44) carrozzeria di colore bianco con applicata, lungo le fiancate e la parte posteriore nonché la parte interna delle ante della porta posteriore, una fascia di pellicola rifrangente vinilica di colore arancione con altezza di 20cm circa.
- 45) scritta "AMBULANZA", nella parte anteriore del mezzo, fatta con lo stesso materiale del punto precedente, dritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni 12 x 115 cm circa.
- 46) Scritte laterali contenenti le indicazioni che saranno fornite dall'ASP di Catanzaro.
- 47) simbolo internazionale di soccorso come riportato nell'allegato tecnico del D.M. n. 553/1987
- 48) simbolo identificativo sul tetto del veicolo visibile da un elicottero
- 49) antenna pieghevole montata nella parte anteriore del tetto e predisposizione radio UHF o VHF con schermatura metallica e massa. Stesura del cavo antenna senza interruzioni fino al raggiungimento del vano predisposto per gli apparati ricetrasmittenti e linee di alimentazione da 12V
- 50) antenna GPS. Stesura del cavo antenna senza interruzioni fino al raggiungimento del vano predisposto per gli apparati

Impianto Elettrico

- 51) Impianto elettrico a 12V, realizzato secondo le norme vigenti e opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici e di adeguata sezione per supportare l'utenza alimentata in tutta sicurezza. I nodi si trovano in zone facilmente accessibili; ogni utenza 220 V dovrà essere protetta da interruttore magnetotermico riarmabile e differenziale salvavita.
- 52) impianto sezionato e diviso in quattro nodi per garantire la continuità nell'alimentazione dei vari servizi anche in caso di guasto di una delle unità di potenza. L'alimentazione delle utenze di primaria importanza, luci vano sanitario, prese di corrente, lampeggiatori esterni dovrà essere ripartita tra due nodi, al fine di evitare che il guasto di un nodo interrompa completamente l'utenza.
- 53) presa esterna lato conducente, di tipo ermetico, per collegamento a rete esterna 220 V per alimentazione delle batterie (principale ed ausiliaria), completa di sistema inibitore di avviamento motore se la presa è collegata alla rete esterna a 220 V., con segnalazione acustica e luminosa, su centralina comandi in cabina, di presa inserita. Sistema di sicurezza che garantisca la messa in moto nel caso di malfunzionamento del sistema blocco motore
- 54) sei prese circa di alimentazione tensione 12 V da 6 A cadauna, di cui cinque in prossimità del sistema di fissaggio delle attrezzature elettromedicali e una nella parte posteriore del veicolo
- 55) una presa di alimentazione per tensione 12V da 16A di tipo normalizzato CEI dedicata all'incubatrice neonatale
- 56) inverter ad onda sinusoidale pura, alimentato a 12 V e capace di fornire 220V a 50Hz 1000W per l'alimentazione delle prese 220V
- 57) due prese 220V in prossimità delle apparecchiature di rianimazione, con un interruttore magnetotermico e differenziale salvavita, uno per ogni presa.
- 58) caricabatteria da 30Ah circa, automatico, totalmente elettronico, alimentato dalla presa esterna 220V di collegamento a rete per la ricarica delle due batterie (servizio e motore), provvisto di due uscite e di tutte le protezioni, in grado di riconoscere la tipologia della batteria e adeguare automaticamente l'attività di ricarica.
- 59) illuminazione realizzata in modo tale da non creare zone di ombra all'interno del vano sanitario, che garantisca un livello di intensità luminosa di 500 lux circa nell'area del paziente con possibilità di abbassare il livello a 100 lux circa. Illuminazione di 200 lux circa nell'area circostante. Luce di cortesia ad accensione automatica quando una delle porte del vano sanitario viene aperta. Tre faretti, circa, a tecnologia led e orientabili, con accensione indipendente. Le lampade utilizzate per il sistema centrale di illuminazione dovranno essere del tipo a risparmio energetico e con il circuito di alimentazione antiradiodisturbo.
- 60) centralina del vano sanitario con interruttori a membrana per il comando dei servizi attivi sul veicolo. Interruttori del tipo retroilluminato con segnalazione luminosa di avvenuta accensione e con scritte identificative illuminate per ogni interruttore. Centralina con display a cristalli liquidi integrato che segnali lo stato di carica delle due batterie in V e la simbologia con evidenza delle varie utenze utilizzate. Supporto, atto a contenere la centralina di comandi elettronica del vano sanitario.

Impianto di climatizzazione

- 61) impianto di climatizzazione caldo/freddo, consistente in due gruppi evaporatori distinti a funzionamento indipendente, uno per la cabina di guida e l'altro per il vano sanitario, dotati di comandi indipendenti. Condensatore maggiorato adeguato alla capacità di raffreddamento dei due ambienti. Aria canalizzata ed erogata attraverso bocchette dislocate in modo da garantire una climatizzazione omogenea del comparto sanitario. Impianto per il vano sanitario gestito da una centralina elettronica con display che permetta l'impostazione della temperatura desiderata e del flusso dell'aria, manualmente e/o in automatico. Impianto a norma di quanto previsto dalla UNI EN 1789:2007.
- 62) impianto di aerazione 12 V che consenta ricambi di aria a veicolo fermo. Motore che aziona la ventola, del tipo a tre velocità circa, comandato da un commutatore applicato in prossimità della centralina comandi e con un flusso di 300m³/h circa. Potenza di 80W circa.

Arredi

- 63) Supporti dedicati al contenimento di attrezzature elettromedicali (Defibrillatore – Monitor multiparametrico – ventilatore polmonare) ben fissati a strutture di ancoraggio rinforzate in modo tale da resistere ad una accelerazione di 10g circa con direzione longitudinale al veicolo (nei due versi) e di 10g circa con direzione trasversale (nei due versi).

- 64) Predisposizione alloggiamento ed ancoraggio, ad esclusione del soffitto, dispositivi per l'emergenza (es. materasso a depressione, steccobende, zaini etc) per consentire un rapido utilizzo in condizioni di emergenza
- 65) Vano sanitario separato dalla cabina di guida mediante parete divisoria, dotata di due finestrini apribili, con maniglie di fermo; area di apertura conforme alla norma UNI EN 1789:2007
- 66) vano chiuso da anta basculante, dotata di pistoncini a gas, realizzato nella parte alta della parete divisoria e con accesso dal vano sanitario atto a contenere lenzuoli, coperte, ecc
- 67) tutti i rivestimenti delle pareti e degli arredi del vano sanitario dovranno essere realizzati con materiale di colore bianco, resistente agli urti e alle sollecitazioni, di bassa porosità, autoestinguente (D.M. n553/87), non ingroscopico, resistente all'usura e alla corrosione e con caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a disinfezione
- 68) livello di pressione acustica interno al vano sanitario contenuto entro i limiti previsti dalla UNI EN 1789:2007.
- 69) rivestimenti delle pareti e degli arredi che garantiscano la sicurezza passiva e privi di spigoli vivi e sporgenze contundenti come previsto dalla UNI EN 1789:2007
- 70) rivestimento di ogni parete del vano sanitario realizzato in moduli (due moduli per parete destra, quattro moduli parete sinistra) in modo da garantire facile smontabilità.
- 71) arredi realizzati a moduli singoli, non integrati con i rivestimenti delle fiancate, e facilmente smontabili per eventuali riparazioni o implementabili in base alle esigenze specifiche dell'Amministrazione. Sagomati con il telaio del veicolo e con spigoli arrotondati come previsto dalla UNI EN 1789:2007
- 72) rivestimento del piano di calpestio, realizzato con materiale ad alta resistenza meccanica, ignifugo, antiscivolo. Privo di fessure o giunzioni e completo di batticalcagni. Non deve consentire il ristagno e la penetrazione di liquidi e deve essere lavabile
- 73) la parte del piano di calpestio sotto la porta posteriore e sotto la porta scorrevole deve essere coperta con lamina di alluminio antiscivolo, sagomata ad angolo, con il bordo all'interno del vano sanitario di 10 cm circa di profondità e per tutta la lunghezza del pavimento
- 74) plafone centrale dotato di due passamano e contenente: aeratore aspiratore, vano chiuso da anta scorrevole per il contenimento di due appendiflego con relativi ganci di sicurezza a scomparsa, vano chiuso da anta scorrevole per mascherina ossigeno a caduta dall'alto, illuminazione
- 75) maniglie di sostegno rivestite in gomma, installate in corrispondenza delle porte di entrata e dei posti di seduta
- 76) sedili del compartimento sanitario solidamente ancorati al pianale del veicolo. Gli ancoraggi dei sedili e dei sistemi di trattenuta degli occupanti devono essere conformi a quanto previsto dalla norma ECE R17. I sedili devono essere rivestiti con materiale lavabile, ignifugo classe I.
- 77) poltrona contromarcia con seduta alzabile, appoggiata alla parete divisoria, in linea con la lettiga in posizione centrale. Larghezza 450mm circa, schienale con imbottitura 50mm circa, poggiatesta integrato, braccioli reclinabili e cintura di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico
- 78) poltrona frontemarcia con seduta alzabile, girevole, installata lungo la fiancata destra nei 2/3 anteriori della lettiga, larghezza 450mm circa, schienale con imbottitura 50mm circa, poggiatesta integrato, braccioli reclinabili e cintura di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico
- 79) arredamento interno modulare: mobile predisposto per il contenimento di materiale di consumo appoggiato alla parete sinistra nella zona anteriore tra il montante centrale verticale della vetratura e la parete divisoria, con una profondità di 33 cm circa. Mobile, formato da due moduli, alto dal pavimento fino all'inizio della vetratura, con un piano di lavoro sovrastante con bordini perimetrale; il primo modulo, nella zona a ridosso della parete divisoria, dotato di tre cassette per contenimento farmaci più un quarto cassetto di doppie dimensioni applicato nella parte bassa di seguito ai cassette per farmaci; il secondo modulo con due vani per farmaci con anta scorrevole - nello spazio libero sopra gli arredi, sulla parete sinistra, alloggiamento dell'impianto di ossigenoterapia e di aspirazione nonché sistema di fissaggio delle attrezzature elettromedicali in posizione idonea alla specifica funzione - nella parte posteriore della parete sinistra, tra il passaruota e il montante della porta posteriore, un mobile alto da terra fino al soffitto, con una profondità di 33 cm circa. Il mobile dovrà essere dotato di due scomparti, quello in basso per lo stivaggio di due bombole di ossigeno da lt. 7 e chiuso con anta e quello in alto sempre chiuso con anta, dedicato allo stivaggio di attrezzatura o dello zaino. Tutte le installazioni nel comparto sanitario dovranno avere i bordi a norma con la UNI EN 1789:2007
- 80) spazio incassato nella parete divisoria tra la porta scorrevole laterale e la poltrona contromarcia per l'alloggiamento della sedia portantina. Tale spazio dovrà essere completo di adeguati dispositivi di sgancio/aggancio rapido. La resistenza degli ancoraggi di stivaggio dovrà essere a norma della UNI EN 1789:2007.

- 81) estintore a polvere da Kg 3 installato nel vano sanitario in zona facilmente accessibile, su fiancata destra, a pavimento dietro il sedile frontemarcia anteriore
- 82) mobile alto da pavimento a soffitto per lo stivaggio di un materasso a depressione, ricavato nella parte posteriore della fiancata destra, tra passaruota e montante porta. Il mobile, al fine di non invadere il passaggio, è profondo 30 cm. circa
- 83) contenitore in ABS sotto il sedile passeggero per riporre oggetti vari
- 84) conformazione del pavimento del comparto sanitario che consenta il deflusso dei liquidi a norma UNI EN 1789:2007

Caratteristiche delle dotazioni medicali

- 85) impianto di gas medicali dotato di tre prese ossigeno del tipo UNI ad innesto rapido
- 86) impianto di ossigeno terapia realizzato con tubazioni ad alta resistenza, e posizionato in modo da non essere esposto ad urti. Conforme alla normativa europea vigente e dotato di un flussometro e di un manometro che indichi la pressione di esercizio dell'impianto in bassa pressione
- 87) fornitura di due bombole ossigeno da lt. 7 omologate a 200 atmosfere, complete di riduttore di pressione con manometro di lettura, per il collegamento al circuito centralizzato. Complete di scambiatore e manometro che indichino la pressione di esercizio dell'impianto in bassa pressione. Valvola di chiusura impianto e scambio tra bombola vuota e bombola piena
- 88) fornitura di una bombola ossigeno asportabile, di 2 litri di capacità, completa di riduttore di pressione con manometro di lettura e flussometro erogatore, installata in zona idonea e di facile individuazione vicino il mobile della parete destra a ridosso delle porte posteriori
- 89) aspiratore fisso, completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche: alimentazione 12V, silenzioso, semplice da pulire e disinfettare. Caratteristiche funzionali: possibilità di regolazione del vuoto tra 0 e 500mmhg circa; controllabile a mezzo manometro da 0 a 760mmhg circa; aspirazione massima raggiungibile entro 30 secondi circa; flusso in aspirazione alla massima depressione da 30 litri/min circa; recipiente trasparente monouso da 1000cc circa per la raccolta dei secreti e valvola antiriflusso. Completo di: manometro, regolatore di pressione e filtro antibatterico
- 90) supporto portabarella, traslabile a destra e sinistra, dotato di fermi e bloccaggi di sicurezza compatibili con la lettiga primaria e vano sottostante per lo stivaggio di una spinale e di una barella a cucchiaio estraibili verso l'esterno con spondina dotata di molle a gas che agevoli la manovra di carico/scarico della barella. Supporto realizzato in modo tale che per le operazioni di carico/scarico della lettiga, non si rendano necessarie ulteriori manovre. Meccanismo di sgancio/aggancio della barella conforme alla normativa in vigore, in particolare a quanto previsto dalla norma UNI EN 1789:2007 inerente gli ancoraggi.
- 91) lettiga primaria auto caricante **meccanica** rispondente alla norma EN1865, formata da due parti: un carrello ed una lettiga da esso separabile. Il piano lettiga dovrà poter assumere le posizioni trendelemburg e fowler. Completa di materassino sezionato ed anatomico. Schienale regolabile con possibilità di arresto in diverse posizioni. Completo di due spondine laterali abbassabili e poggiatesta. Due cinture di sicurezza una delle quali del tipo a bretella. Carrello a 4 ruote di grandi dimensioni, delle quali due girevoli e due fisse con sistema freno. Carrello dotato di meccanismo che permette 3 posizioni fondamentali quali carrello chiuso – carrello aperto tutta altezza – carrello altezza letto. Sistema di aggancio conforme alla normativa in vigore, in particolare a quanto previsto dalla norma UNI EN 1789:2007 inerente gli ancoraggi.

PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA – LOTTO N. 1 = € 40.000,00 ad ambulanza + IVA

Canone semestrale UNITARIO A BASE D'ASTA – LOTTO N. 1 = € 4.000,00 ad ambulanza + IVA

Lotto 2 – N. 2 AMBULANZE PER IL SOCCORSO AVANZATO

CIG = 35226430F7

L'Ambulanza dovrà possedere tutte le caratteristiche di massima degli automezzi in configurazione base e dovrà essere completa dei seguenti accessori:

- 1) Inverter di grande potenza 2000W circa - 12- 220V ad onda sinusoidale pura, con comando remoto su un pannello installato in cabina di guida. (per attrezzature che assorbono tanta energia).

Allestimento

- 2) Frigorifero da installare nella cabina di guida e con le seguenti caratteristiche di massima: alimentazione 12 Vcc; capienza 14 litri circa; sistema digitale per l'impostazione e il monitoraggio della temperatura; regolazione termica con un range compreso tra i +1 gradi C° e +50 C° circa
- 3) Kit attrezzi comprendente 1 forbice multiuso, 1 tronchese, 1 paio di guanti da lavoro, 2 fumogeni antivento, 5 torce antivento, alloggiato nel vano sotto il sedile in cabina di guida
- 4) kit di scasso costituito da sega a ferro, scalpello, mazzetta da Kg 1,5 circa, piede di porco, giraviti, corda da almeno 10 mt circa
- 5) lavabo installato sul piano della cassettera appoggiata alla parete divisoria, provvisto di due serbatoi, uno per acqua chiara e uno per scarico acque nere. Cassettera adatta a contenere sia il lavabo sia il contenitore rifiuti
- 6) lampada orientabile a soffitto, di tipo scialitico, con illuminazione di 1650 lux circa misurata ad una distanza di 750mm circa ed un'area con diametro 200mm circa.
- 7) Porta a chiusura scorrevole a perfetta tenuta installata nella parete divisoria tra la cabina di guida e il vano sanitario.
- 8) Mobile alto, in sostituzione del mobilio di base, predisposto per il contenimento di materiale di consumo, appoggiato alla parete sinistra nella zona anteriore tra il montante centrale verticale della vetratura e la parete divisoria. Il mobile alto da pavimento a soffitto e diviso in due settori: parte bassa tre cassetti per contenimento farmaci più un quarto cassetto di doppie dimensioni, di seguito ai cassetti per farmaci; parte alta vano chiuso da anta o altro sistema con tre ripiani interni per stivaggio farmaci.
- 9) Divanetto a due posti posizionato sul passaruota destro di seguito alla poltrona frontemarcia con mobiletto sottostante, dotato di apertura superiore a gavone e di schienali imbottiti e di cinture di sicurezza addominali con arrotolatore automatico.
- 10) 3 caschi antinfortunistici, fissati opportunamente, per la protezione multidirezionale della testa agli urti, alle proiezioni dei prodotti solidi, liquidi corrosivi, al calore radiante, alla corrente elettrica.

Dotazioni medicali

- 11) Materasso a depressione, resistente all'usura, facilmente lavabile e disinfettabile, completo di pompa di aspirazione, con maniglie per il trasporto e cinture di sicurezza.
- 12) sedia portantina pieghevole a 4 ruote, in lega leggera di alluminio anodizzato, con ganci, maniglie di sollevamento telescopiche facile da disinfettare. Capacità di carico 150kg circa e completa di telo impermeabile al sangue e ai fluidi corporei.
- 13) telo di trasporto pediatrico completo di cinture a maniglie
- 14) Sfigmomanometro aneroido, grande quadrante da parete, con manicotto adulto e pediatrico e completo di cestello portamanicotto.
- 15) aspiratore medicale di secreti portatile completo di supporto di ricarica, scatola in abs antiurto, motore a doppio pistone 30 lt/m circa, aspirazione regolabile da 0-800mbar circa e manometro di controllo. Flacone da 1000cc circa in vetro autoclavabile, o sacca monouso e filtro di protezione. Autonomia 45 minuti circa. Tensione di funzionamento 12 Volt, direttamente collegato all'impianto del veicolo o con accumulatore esterno. Batteria interna ricaricabile attraverso il sistema di ancoraggio a parete dotato di ricarica automatica a contatto. Conforme alle normative vigenti per dispositivi medici in classe IIB.

- 16) Defibrillatore Monitor multiparametrico bifasico semiautomatico/manuale. Monitor a colori LCD. Monitoraggio ECG a 3 derivazioni. Onda di defibrillazione bifasica con energia massima di defibrillazione a 360J. Protocolli AED selezionabili anche con scariche incremental. Defibrillazione interna opzionale. Memorizzazione e stampa rapporti defibrillazione – rapporti analisi V6 – tracciati ECG – lista eventi trend grafici fino a 24 ore. Esecuzione semiautomatica dei test funzionali. Display TFT LCD a colori e registrazione a 3 canali integrato. Autonomia batterie di 70 scariche circa alla massima energia o 2 ore circa in monitoraggio. Misurazione di SP02, C02, NIPB, ECG 12 derivazioni. Completo di dispositivo rivelazione Pace Maker;
- 17) Pulsossimetro. Fornitura di un apparecchio portatile in grado di rilevare e visualizzare i seguenti parametri : situazione di ossigeno (Sp02) e frequenza cardiaca (bpm). Deve essere fornito di display a LED o LCD con visualizzazione di: Sp02, frequenza cardiaca, intensità del segnale rilevato (a barre, scala logaritmica). Deve avere la possibilità di memorizzare i parametri misurati. Apparecchiatura di tipo BF, classe elettrica I, di dimensioni... con alimentazione a batterie. Autonomia delle batterie non inferiore alle 12 ore circa e peso, comprese le batterie, non superiore ai 600 gr. circa; due sensori, uno per adulti ed uno per uso pediatrico, a dito, riutilizzabili, completi di cavi per il collegamento.
- 18) Ventilatore polmonare portatile con valigetta, completo di bombola di ossigeno e riduttore. Tipo di ventilazione: Volumetrico – ciclato a tempo e presso metrico. IPPV+ AST; CPAP; PEEP. Adatto per tutte le ventilazioni polmonari intensive PSV; CPAP. Mix aria 50% - 100%. Frequenza da 5 a 70; limite pressione da 0- 50. Allarmi di pressione.
- 19) Monitor multiparametrico portatile. Fornitura e fissaggio. Monitor, eventualmente di tipo modulare per singoli parametri, completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche: dimensione e peso contenuti; alimentazione a 12 Vcc e 220 Vca; batteria di tipo ermetico ricaricabile con autonomia di almeno 1 ora, facilmente sostituibile; resistente agli urti; elevata protezione contro l'umidità; semplice da pulire e disinfettare. Caratteristiche funzionali: ECG/respiro, saturimetria, pressione arteriosa incruenta e temperatura; display a colori, 10" circa per la rappresentazione di almeno 4 forme d'onda; tutti i messaggi operativi, gli allarmi, le analisi le finestre di dialogo, devono essere in lingua italiana o inglese; help in linea automaticamente posizionato sulla funzione utilizzata; visualizzazione sia grafica che tabulare dei trend dei parametri per almeno 24 ore con possibilità di zoom del trend; visualizzazione simultanea di trend e morfologie attuali; stampa dei trend di alcuni o tutti i parametri su comando, o programmabile su ad intervalli prefissabili. Allarme: sia acustico che ottico per consentire la valutazione istantanea della gravità degli eventi. Deve essere fornito completo di: cavo di ricarica/alimentazione; supporto d'ancoraggio a parete; custodia per il trasporto lavabile e impermeabile, stampante termica. Numero di valori numerici indicati simultaneamente per i parametri controllati; eventuale possibilità di registrazione trend dei parametri misurati e di visualizzazione sia in forma grafica che tabulare degli eventi;
- 20) Pompa per infusione a siringa portatile. Fornitura e fissaggio. Completa di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche: dimensione e peso contenuti; alimentazione a 12 Vcc e 220 Vca; batteria di tipo ermetico ricaricabile con durata non inferiore a 4 ore facilmente sostituibile; resistente agli urti; elevata protezione contro l'umidità. Caratteristiche funzionali: funzionamento con siringhe monouso di volumi differenti, con range minimo di variazione tra 5 e 60 ml; lettura automatica della siringa e blocco per il fissaggio della siringa; programmazione del flusso con gamma da 0,1 a 100 ml/h, con incrementi di 0,1ml; volume totale da infondere preselezionabile; allarme per il massimo valore della pressione di infusione in corrispondenza ad un valore inferiore o uguale a 1.3 bar; accuratezza non superiore a +/- 2%. Allarmi acustici e visivi in caso di: occlusione; fine della somministrazione; preallarme fine infusione; carica batteria bassa; superamento pressione massima; infusione completata; malfunzionamento interno; attivazione dose di spurgo/bolo; interruzione alimentazione; errore siringa. Possibilità di richiamare sul display in qualsiasi momento i seguenti parametri: tempo alla fine dell'infusione, volume in flusso e da infondere; flusso di infusione. Deve essere fornita completa di: cavo di ricarica/alimentazione; supporto d'ancoraggio a parete; custodia per il trasporto lavabile e impermeabile.

- 21) Incubatrice neonatale da trasporto. Completa di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche tecniche: dimensioni e peso contenuti; alimentazione a 12Vcc e 220Vca; dotato di batterie di tipo ermetico ricaricabili con autonomia minima 60 minuti in mancanza di alimentazione esterna; carrello di supporto compatibile con gli attacchi della barella prevista come dotazione di base. Caratteristiche funzionali: dotata di ventilatore, bombola ossigeno, compressore; possibilità di connessione alla presa gas medicali dell'ambulanza; possibilità di somministrazione ossigeno tramite arricchimento dell'atmosfera o mascherina; sistema di controllo temperatura dell'aria dell'incubatrice con range tra i 20°C e 38°C; sistema di visualizzazione temperatura ambiente e superficie corporea; regolazione dell'umidità relativa; livello sonoro all'interno della culla non superiore a 53dB. Allarmi sonori e visivi di alta e bassa temperatura dell'aria e della superficie corporea, mancanza alimentazione, malfunzionamento ventilatore.

PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA – LOTTO N. 2 = € 90.000,00 ad ambulanza + IVA

**Canone semestrale UNITARIO A BASE D'ASTA – LOTTO N. 2 = € 9.000,00 ad
ambulanza + IVA**