



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

**U.O.C. ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI**

Prot. N. 86225 del 19.10.2015

A TUTTI I FORNITORI

Oggetto: Integrazione Avviso volontario per la trasparenza ex ante prot. 629 del 14.10.2015.

Ad integrazione dell'avviso in oggetto, si specificano di seguito le caratteristiche tecniche minime delle lentine idrofobe I-Stream cod. ISP60 individuate dal Dirigente Medico richiedente:

Lente acrilica idrofoba monopezzo ricaricata con zona ottica biconvessa, asferica e con sistema *soft-aberration*. Ciò permette di migliorare l'acuità visiva, la qualità della visione con incremento della sensibilità al contrasto e profondità di campo.

Il principio della lente è quello di riportare l'occhio alla sua condizione ideale: un occhio emmetrope giovane.

La I-Stream dispone di loop modificate: Microgrip Structures; trattasi di microstriature sulla parte terminale delle loop che permettono alla lente di dispiegarsi in modo rapido nella sacca capsulare e garantisce la massima stabilità della stessa nel tempo, ed evita inoltre decentramenti della zona ottica.

Il sistema Glare Stop Barrier è un filtro in grado di deviare le luci parassite oltre l'equatore neutralizzandone gli effetti. La lente essendo monopezzo, ha uno square edge a 360° senza nessuna discontinuità lungo tutto il profilo della lente stessa.

La I-Stream può essere impiantata grazie all'iniettore precaricato monouso dedicato tramite incisioni da 2,2 a 2,6 senza nessuna manovra aggiuntiva.

Il controllo di qualità della lente prevede che ogni lente venga controllata singolarmente e che rientri negli standard qualitativi fissati.

F.to

**Il Responsabile del Procedimento
V.Donatella Aiello**