



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Oggetto: Procedura per la fornitura, in service per 2 anni, di strumentazione e reagenti per il Point of Care della Casa della Salute di Chiaravalle C.le. – CHIARIMENTI TECNICI.

Con riferimento ai quesiti tecnici richiesti da un operatore economico per la procedura in oggetto, in data 14.10.2015, si riportano di seguito i chiarimenti acquisiti dal Direttore dell'UO di patologia Clinica del PO di Soverato:

LOTTO N. 4

- a) La caratteristica tecnica *“produzione referto cartaceo anche da stampante interna”* è essa da considerare come una opzione anch'essa accettabile se proposta in alternativa alla stampa del referto con stampante, utilizzata dalla maggior parte degli analizzatori per ematologia, come la ditta EOS puntualizza.
- b) Il tipo di campionamento (da provetta e/o capillare) è da considerarsi caratteristica tecnica non preventivamente individuabile al fine di minimizzare il rischio di selezionare il prodotto.

Nella fattispecie le caratteristiche richiamate possono ben rientrare nella valutazione tecnica.

LOTTO 5

- a) Quanto richiamato al 3° capoverso *<L'offerta potrà prevedere strisce per singoli parametri “o” per profili>* chiarisce che possono essere offerti anche analizzatori che utilizzano solo test in chimica secca “singoli”.
- b) È auspicabile che i test richiesti siano eseguiti sullo stesso analizzatore, ma possono anche essere eseguiti su più analizzatori, richiedendosi, per il Lotto, un *<Sistema di chimica>* e non *“un analizzatore unico”*.

SOVERATO, 19.10.2015

F.to
Il Responsabile del procedimento
Dr. Giuseppe Luca Pagnotta